動物用　一般医療機器

牛精液の濁度から密度を推定!!

精子密度計 牛用

採取した牛の精液をそのままの状態で測定できます。
精液量・活力 % を入力すると、希釈液量とストロー本数を自動計算します。(注)

(注) 活力の計測機能はありません。
予め算定された数値を入力してください。

付属品

ホルダー

本体ホルダー
挿入部用キャップ

キャピラリー
250 本入


シーラント


掃除棒

AC アダプター
◎取扱説明書

商品構成

標準付属品	ホルダー	1 個
	本体ホルダー挿入部キャップ	1 個
	キャピラリー 20μL	250 本
	シーラント	1 枚
	掃除棒φ1.2	1 本
	(専用)AC アダプター	1 台
	取扱説明書	
消耗品 (別売)	キャピラリー 20μL	250 本
	シーラント	1 枚
	本体ホルダー挿入部用キャップ	1 個
オプション	プリンター	

基本仕様

光学系	光 学 系：ダブルビーム側光
	光　　源：3 色 LED
	受光素子：シリコンフォトダイオード
	セ　　ル：ホルダー / キャピラリーチューブ
本　体	液晶表示：16 桁 4 行
	電　　源：AC アダプター (付属品)
	または電池 (単三乾電池 4 本)
	寸法 / 質量：W190×D138×H46mm/580g
測　定	検量線内蔵固定型
	希釈液量：ストロー管本数の自動計算
外部出力	プリンター出力用コネクター 9 ピンオス
	PC 用コネクター 9 ピンメス

富士平工業株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 6 丁目 11 番 6 号
東京 TEL(03)3812-2271(代)FAX(03)3812-3663
URL/http://www.fujihira.co.jp
FHK
北海道富士平工業株式会社
〒001-0027 札幌市北区北 27 条西 9 丁目 5 番 22 号
TEL(011)726-6576(代)　FAX(011)717-4406
帯広支店　〒080-0010 帯広市大通南 3 丁目 15 番 1
TEL(0155)22-5322(代)　FAX(0155)22-5339

14-6-500S